

Mundbind

Hvad er forskellen på type 1 og type 2 mundbind?

Hvilken type mundbind skal man vælge? Hvilke mundbind beskytter bedst? Et CE-mærket mundbind skal opfylde forskellige krav. Blandt andet skal CE-mærkede mundbind have en vis evne til at filtrere partikler fra hoste og nys.

Mundbind anvendes i øjeblikket til at begrænse smitterisiko, når det ikke er muligt at holde den nødvendige afstand til andre. Der findes forskellige typer af mundbind, så hvad skal man vælge?

Sundhedsstyrelsen anbefaler at anvende mundbind med CE-mærkning. Mundbind med CE-mærkning skal opfylde bestemte krav, f.eks. skal mundbindets filtreringsgrad og åndbarhed være dokumenteret.



Der findes tre typer CE-mærkede mundbind; type 1, type 2 og type 2R, som hver især skal opfylde disse krav:

- **Mundbind type 1 / type I** skal have en filtreringsgrad på $\geq 95\%$
- **Mundbind type 2 / type II** skal have en filtreringsgrad på $\geq 98\%$
- **Mundbind type 2R / type IIR** skal have en filtreringsgrad på $\geq 98\%$ plus et ekstra beskyttende lag, der virker som en stænkresistent barriere mod kropsvæsker